

**PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2017-HRAC
PROCESSO Nº 2017.1.413.61.3**

O Pregoeiro designado informa às empresas que pretendem acorrer ao presente certame licitatório, o reagendamento de novas datas e alteração no ANEXO IV-AMOSTRA do edital, conforme abaixo:

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:

12/07/2017 às 09:00 horas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

25/07/2017 às 09:00 horas.

ERRATA:

ANEXO IV – AMOSTRA

Onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AMOSTRA	CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
01	SONDA URETRAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.	Mínimo 05 unidades	- forma cilíndrica, reta e inteiriça - isenta de rebarbas - com extremidades

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE AMOSTRA	CRITÉRIO PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS
01	SONDA URETRAL E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL.	Mínimo 05 unidades	- forma cilíndrica, reta e inteiriça - isenta de rebarbas -com extremidades arredondadas - com dois orifícios laterais localizados na porção distal da sonda que permitam a necessária captação da pressão oral durante a realização do exame de rinomanometria; - excelente acabamento - O calibre da sonda deve se ajustar ao cateter do equipamento da Rinomanometria (PERCI-SARS System).

As demais cláusulas e condições do Edital permanecem inalteradas.

Bauru, 11 de julho de 2017.

Sérgio Luís Alvares
Pregoeiro