

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
65/2018 – HRAC/USP

PROCESSO Nº 18.1.581.61.4

OBJETO: ETIQUETA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR, LÂMINA PARA
TRICOTOMIZADOR CIRURGICO, MATRIZ DE ENXERTO DURAL

EMPRESA: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A.

I. RESPOSTA

Em relação à solicitação de esclarecimento realizada pela empresa supracitada informamos que, após diligências realizadas em diversas empresas fabricantes do referido produto foi constatado que não há a necessidade do aparelho tricotomizador possuir eixo móvel, podendo ser utilizado o aparelho com eixo fixo, com fundamento no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 e artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, recomendamos que seja retificado as características do aparelho Tricotomizador Cirúrgico necessário para a licitação do item 02 do presente edital conforme abaixo e propomos a abertura de novo prazo aos licitantes:

Retificação – ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO

Item 02

Onde se lê: “Tricotomizador Cirúrgico com eixo móvel”;

Leia-se: “Tricotomizador Cirúrgico com eixo móvel ou fixo”;

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:

31/08/2018 às 09:00 horas.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14/09/2018 às 09:00 horas.

Bauru, 30 de agosto de 2018.

Maria Angélica Dal Col
Pregoeiro

Selma Ferreira dos Santos Martins
Equipe de apoio